

Perméabilimètre de Blaine

Ciment

Réf. 20.0700 : Standard



NF EN 196-6

Mesure de la surface massique Blaine des poudres

- > Bâti en acier avec tube manométrique en U équipé d'un robinet et d'une poire aspirante
- > Cellule en acier inox complète
- > Mesure et affichage du temps de passage automatique pour **20.0705** & **20.0710**
- > Pilotage par PC non fourni (calcul de la finesse Blaine, archivage des données etc..) pour **20.0710**
- > Livré avec liquide manométrique, une boîte de papiers filtres



4 kg



150 x 150 x 380 mm



Réf. 20.0705 : Semi-Automatique



Réf. 20.0710 : Automatique