


Détermination des propriétés filtrantes des boues de forage et des coulis d'injection

- Dispositif de mise en pression (max 7 bars) sur bâti
 - Système de filtration
 - Éprouvette de mesure du filtrat (25 ml)
 - Récipient gradué
 - Cartouches de CO₂
 - 1 boîte de 100 papiers filtres

 10 kg

 254 x 203 x 490 mm

Dispositif de mise en pression



Boues et coulis