

## Perméabilimètre à béton



**NF EN 12 390-8**

**Mesure de la perméabilité du béton à l'eau**

• **Trois espaces d'essai indépendants :**

- Fixations permettant de positionner les deux types d'échantillons
- Joints pour essai sur cube (réf 10.0910) ou joints pour essai sur cylindre (réf 10.0911)
- Burettes pour mesurer la quantité d'eau qui a pénétré dans les échantillons

• **Un panneau de commande avec :**

- Un régulateur de pression du gaz comprimé, afin d'appliquer une pression de 500 kPa
- La connectique pour le raccordement aux espaces d'essai
- L'ensemble est installé sur un bâti en acier peint

Références	10.0910	10.0911
Éprouvettes	Cubiques	Cylindriques
Dimensions	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 15 x 15 cm</li> <li>• 20 x 20 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 x 20 cm</li> <li>• 11 x 22 cm</li> <li>• 16 x 32 cm</li> </ul>

 **120 Kg**

 **1375 x 450 x 1 280 mm**