

AÉROMÈTRE À BÉTON 5 LITRES

Réf. 10.0600

NF EN 12350-7 | ISO 1920-2

Détermination de la teneur en air du béton

- Corps en fonte d'alliage léger
- Manomètre analogique 0 - 2 bars gradué pour contrôler la pression d'air appliquée
- Colonne d'eau en plexiglas graduée entre 0 et 8 % de teneur en air à 0,1 %
- Livré avec pompe manuelle sur pieds et tige de piquage

 18 kg

 Ø 320 x 800 mm




Pompe manuelle —●—

Manomètre analogique

Colonne d'eau en plexiglas graduée

Fonte d'alliage léger



Tige de piquage

Teneur en air