

NF EN 196-1

**Dispositif d'essai de compression pour
éprouvette mortier 4 x 4 x 16**

- 3 couteaux : \varnothing 10 x L 45 mm
- Distance entre appuis : 100 mm

 13 kg

 \varnothing 140 x 180 mm



**Résistance
mécanique**