

NF P15-433

Mesure des variations de longueur de retrait ou de gonflement sur des éprouvettes ciment

→ Pour éprouvettes :


- 4 x 4 x 16 cm
- 7 x 7 x 28 cm
- Bâti en acier à deux colonnes
- Traverse métallique servant de support au comparateur

→ En option :

- Comparateur
- Tige de référence

5 kg

230 x 160 x 430 mm

**COMPARATEUR**


Réf. 05.0020.011

- Plage de mesure : 12,7 mm
- Précision : 0,003 mm
- Résolution : 0,001 mm
- Affichage digital LCD à 6 digits
- Touche bille en carbure
- Sortie de données

Pile SR 44

150 g

Accessoires complémentaires	Réf.
Tige Invar de 160 mm	20.0270.701
Tige Invar de 280 mm	20.0270.706
Comparateur digital 12,7 mm	05.0020.011
Insert en laiton	4 x 4 x 16 cm 7 x 7 x 28 cm 10 x 10 x 40 cm
Insert en inox	4 x 4 x 16 cm 7 x 7 x 28 cm 10 x 10 x 40 cm



Inserts

Retrait et gonflement