GRANULAT

CALCIMÈTRE DE DIETRICH-FRÜHLING

Réf. 25.0658



NF P 94-048

Pour la mesure de la teneur en carbonate de calcium ($CaCO_3$) dans les roches

- Principe : dosage du dioxyde de carbone (gaz carbonique) CO_2 provenant du carbonate de calcium subissant une attaque à l'acide chlorhydrique
- Une colonne en verre graduée de 200 ml graduée tous les 0,5 ml
- Une fiole en verre (siège de la réaction)
- Une ampoule de compensation
- La connexion souple

7 kg

400 × 255 × 1 020 mm

PROVITEQ
20 rue Léonard de Vinci | 91090 Lisses | France
Tél.: +33 (0)1 60 78 99 60 | contact@proviteq.com | www.proviteq.com