

LIMITE DE RETRAIT LINÉAIRE

Réf. 55.0335



XP P 94-060-2

Détermination de la limite de retrait sur un prélèvement non remanié

- > Un socle rigide supportant colonne, potence mobile et muni d'un évidement pour le plateau
- > Un plateau amovible avec centrage manuel de l'échantillon par 3 vis avec patin disposées à 120°, l'ensemble supportant le séchage final à 105 °C pendant 24 h
- > Un comparateur mécanique diamètre 60 mm et de course 10 mm à 1/100° mm, avec patte arrière
- > Une trousse coupante de préparation de l'échantillon en inox (50 x 20 mm)

 5 kg

 Ø 235 x H 190 mm